DANSAC SEAL

ダンサックシール

取扱説明書（WEB版）



1
ダンサックシールの準備

1-1
片面のダンサックシールの剥離紙（フィルム）の片側をはがします。

1-2
もう片面の剥離紙（フィルム）もはがします。

2A
お腹に直接ダンサックシールを貼付する方法
＊サイズの調整が必要な場合は、2Cをご参照ください

2A-1
ストーマが正円の場合は、お腹にそのままシールを貼付します。 その際、特に補正が必要な場所にシール幅が広い部分を貼付すると効果的です。

2A-2
お腹とダンサックシールの間に隙間ができないようにしっかりと密着させます。

2B
装具にダンサックシールを貼付する方法
＊サイズの調整が必要な場合は、2Cをご参照ください

2B-1
ストーマが正円の場合は、皮膚保護剤にそのままダンサックシールを貼付します。 その際、特に補正が必要な場所にシール幅が広い部分を貼付すると効果的です。

2B-2
装具粘着部のホール部分をストーマの中心に合わせてから装具を貼付します。

2A、2Bの続き

2C　サイズの調整が必要な場合



効果的な貼付方法

2C−1
ストーマが楕円の場合はストーマのサイズに合うように、指で伸ばします。



補正が必要な場所が3時から6時方向の場合はシール幅の広い部分が3時から6時方向に付く様に貼付すると効果的です。

2C−2
指で伸ばした後、お腹に直接貼付または装具の粘着面に貼付します。その際、特に補正が必要な場所にシール幅が広い部分を貼付すると効果的です。



補正が必要な場所が6時から9時方向の場合はシール幅の広い部分が6時から9時方向に付く様に貼付すると効果的です。

使用上の注意
・装着前にストーマ周囲に軟膏やクリーム類を塗らないでください。粘着不良や漏れの原因になります。
・皮膚保護剤が皮膚に合わない場合は使用を中止してください。

使用に際しては、医師や医療専門者に指導を受けてください。
また使用説明書をよくお読みください。
間違った使い方をすると排泄物の漏れや皮膚トラブルの原因になります。

保管方法
・製品は直射日光を避け、涼しい所に保管してください。
・幼児の手の届かない所に保管してください。

廃棄方法
・使用済みの本製品は各地区のゴミ処理方法に合わせて廃棄してください。
・使用済みの装具は水洗トイレに流さないで下さい。詰まりの原因になります。



dansac

Dedicated to Stoma Care